

Wartungsplan – evomove®

Dauerversorgung

Initiale Garantie 3 Jahre



Nach dem
1. Jahr



neu

Nach dem
2. Jahr



neu

Erweiterte Garantie 2 Jahre


Nach dem
3. Jahr



neu

Wartung

Nach dem
4. Jahr



neu

Nach dem
5. Jahr



Gewähr-
leistungsende



Folge-
versorgung

Testversorgung



Nach 4 Wochen



Dokumentation

Hinweis

Jährlich: Sicherheitstechnische Kontrolle der evomove® Steuereinheit durch das Sanitätshaus, Austausch der evomove® Manschetten/ Radlerhosen, wenn indiziert mit neuem Scan.

Wichtig

Bei Befolgung des Wartungsplans gilt eine Garantie von 5 Jahren auf die ordnungsgemäße Funktion der evomove® Steuereinheit/Versorgung (außer bei unsachgemäßer Handhabung).